

Số: 67 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ ngày 10 tháng 01 năm 2024 đến hết trước 16 giờ ngày 20 tháng 01 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa, bảo trì trang thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

- Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB (03).

GIÁM ĐỐC



Châu Văn Đính



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 67 /BVCTCH-TTB ngày 09 tháng 01 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tình trạng của thiết bị
1	Máy garo hơi	A.T.S 3000	3010FAGH	Zimmer	Mỹ/Mexico	Không hoạt động
2	Khoan xương pin	System 6	1127608043	Stryker	Mỹ	Không hoạt động
3	Bàn mổ chỉnh hình	C600E/SD	063803204V0	Mediland	Trung Quốc	Không hoạt động, bộ phận cover của thân bàn bị vỡ, hư hỏng
4	Máy C-Arm siemen cios select	Cios select	10500	Siemens	Trung Quốc	Máy không hoạt động
5	Máy C-Arm siemen Seri mobil	Compact L	30098	Siemens	Đức	Cáp kết nối giữa cánh tay C và xe đẩy màn hình hư hỏng
6	Khoan xương pin	System 6	1112205703	Stryker	Mỹ	Không hoạt động
7	Khoan xương pin	PRO6200M	LAA02519	Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

W