

Số: 24 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 028 38366991.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 07 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá trang thiết bị y tế:

Báo giá cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục mua sắm trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện:

2.1. Địa điểm thực hiện:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch giao hàng hoặc lắp đặt.

Trân trọng. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chính hình;
- Lưu: VT, TTB, TNL (03).





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 24 /BVCTCH-TTB ngày 03 tháng 01 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Mặt nạ thở oxy không túi	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước dành cho người lớn nam giới, phụ nữ, và trẻ lớn.- Bằng nhựa PE trong suốt. Có van một chiều bằng lá cao su mỏng trên thành mask.- Đầu dây tiếp nguồn khí có thể gắn với các kiểu khẩu oxy khác nhau từ nguồn khí trong bệnh viện.- Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485. Hoặc tương đương	Cái	2000
2	Vòng đeo tay		Cái	5000
3	Dây truyền máu	<ul style="list-style-type: none">- Có đầu cùn không làm chọc thủng túi máu, không có cửa thông khí.- Bầu nhỏ giọt trong suốt, có 2 ngăn cứng mềm. Ngăn mềm có thể làm tái lập luồng chất lỏng dễ dàng.- Lưới lọc diện tích khoảng 11cm², lỗ lọc 200µm.- Khóa con lăn.- Đầu xa có khóa Luer lock để có thể gắn kết chắc chắn với dây truyền khác. Chịu áp lực lên đến 400 mmHg. Có nắp chụp an toàn ở đầu xa.- Không chứa DEHP, latex. Hoặc tương đương	Cái	1000

(Handwritten signature)