

Số: **423** /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng 02 năm 2024

V/v Yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Hoàng Thị Nhung

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0967060017

Email: hoangnhung832014@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ ngày 23 tháng 02 năm 2024 đến hết trước 16 giờ ngày 29 tháng 02 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá trang thiết bị y tế:

- Báo giá cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục mua sắm trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện:

2.1. Địa điểm thực hiện:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện:

- Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch giao hàng và lắp đặt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB (03).

GIÁM ĐỐC



Châu Văn Đỉnh



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo công văn số 423 /BVCTCH-TTB ngày 21 tháng 02 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Bao huyết áp điện tử 1 dây	Sử dụng cho huyết áp điện tử	20	Cái	SSDB
2	Bao huyết áp cơ hai dây	Sử dụng cho huyết áp cơ	20	Cái	SSDB
3	Bao huyết áp đùi	Sử dụng cho máy monitor contec	5	Cái	SSDB
4	Bao huyết áp nhi	Sử dụng cho máy monitor contec	20	Cái	SSDB
5	Huyết áp điện tử	Hiển thị trị số huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Có bộ nhớ ghi lại kết quả đo.	2	Cái	SSDB
6	Huyết áp cơ người lớn	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao. Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không).	2	Cái	SSDB

7	Chén chung inox	Chấn liệu inox 304 Đáy nhỏ: 2-2,5cm Đáy lớn: 2,5-3cm Chiều cao: 2-2,5cm	1	Cái	CD
8	Hộp gòn inox	Chấn liệu inox 304	6	Cái	CD
9	Kềm thẳng	Chấn liệu inox 304 Chiều dài 14-16cm	13	Cái	CD
10	Kéo cong trung	Chấn liệu inox 304 Chiều dài 14cm	11	Cái	CD
11	Kéo cong lớn	Chấn liệu inox 304 Chiều dài 16cm	5	Cái	CD

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

1/6