

Số: 439 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Điện thoại: 028 38366991.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 3 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB, VTT (03).

GIÁM ĐỐC



Châu Văn Đỉnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 439 /BVCTCH-TTB ngày 28 tháng 02 năm 2025)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Bình hút dịch khu vực hồi sức lâu	Cái	01					Hư hỏng, rò rỉ
2	Khẩu hút dịch khu vực phòng mổ đất	Cái	05					Hư hỏng, rò rỉ
3	Khẩu hút dịch khu vực hồi sức đất	Cái	02					Hư hỏng, rò rỉ
4	Lưu lượng kế oxy khu vực hồi sức lâu	Cái	02					Hư hỏng, rò rỉ
5	Bộ bơm dung dịch rửa tay phẫu thuật viên	Cái	01					Không hoạt động
6	Máy gây mê giúp thở	Cái	01	Leon	0200020HUL31007 290	Lowenstein	Đức	Báo lỗi cảm biến oxy
7	Máy gây mê giúp thở	Cái	01	Leon	0200020HUL31007 287	Lowenstein	Đức	Báo lỗi cảm biến oxy
8	Tủ đông Domestic	Cái	01	FR160		Domestic	Luxambua	Không đạt nhiệt độ
9	Bồn rửa dụng cụ	Cái	01					Hư vòi rửa
10	Máy garo hơi	Cái	01	A.T.S 3000	3010FADH	Zimmer	Mỹ	Không hoạt động

ly