

Số: 1019/BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến hết trước 16 giờ ngày 04 tháng 6 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

- Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

- Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB (03).



GIÁM ĐỐC

Châu Văn Đính

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 1019 /BVCTCH-TTB ngày 24 tháng 5 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Máy hấp tiệt trùng Getinge	Cái	01	GSS67H10	0011205621-010-01	Getinge	Thụy Điển	Hư hỏng van xả chân không, van FV18, bộ dây khí nén

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

GIÁM ĐỐC



BS. Châu Văn Đỉnh