

Số: 994/BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến hết trước 16 giờ ngày 01 tháng 6 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

- Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

- Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB (03).



Châu Văn Đính

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 994/BVCTCH-TTB ngày 21 tháng 5 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Máy gây mê giúp thở	Cái	01	Fabius GS	ARXL-0077	Draeger	Đức	Hư co nối dẫn khí
2	Máy hấp tiệt trùng Getinge	Cái	01	HS 6610 ER-2	2519032-010-02	Getinge	Thụy Điển	Máy báo lỗi, hư hỏng ro-le tải, điện trở, van cấp hơi và van xả hơi
3	Hệ thống nén khí dùng cho máy hấp tiệt trùng Getinge	Cái	01	SYW 550X2	-	-	-	Máy hoạt động ồn, nhanh nóng, áp suất không đạt
4	Bàn mổ chỉnh hình	Cái	01	Dr.Max 7000SKF	A025-E9-0001	Trident	Trung Quốc	Điều khiển cầm tay hoạt động không ổn định
5	Máy nén trung tâm	Cái	01	Airmil's G MVX5	16096024-16096023	Mil's	Pháp	Bộ kit hằng năm, bộ kit 2 năm, bộ kit xả nước Beko tới hạn bảo dưỡng thay thế
6	Đèn mổ Martin	Cái	01	Marled V16/V10	mV16C2C 14 10 11C 0526	KLS Martin	Đức	Cánh tay đèn bị trôi, không tự cân bằng được
7	Bàn mổ chỉnh hình	Cái	1	C600E/SND	2161011001001	Mediland	Trung Quốc	Điều khiển cầm tay không điều khiển được chức năng nâng/hạ bàn
8	Đèn mổ Martin	Cái	01	Marled V16/V10	mV16C2C 14 10 11C 0519	KLS Martin	Đức	Đầu đèn bị nứt vỡ, hư hỏng

BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH



GIÁM ĐỐC

BS. Châu Văn Đỉnh