

Số: 826 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Điện thoại: 028 38366991.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB, VTT (03).

GIÁM ĐỐC



Châu Văn Đỉnh

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 826 /BVCTCH-TTB ngày 13 tháng 5 năm 2025)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Bộ bơm dung dịch rửa tay loại cảm ứng	Cái	08	Smartech ST-1008		Smartech	Việt Nam	Không hoạt động
2	Máy nén khí xịt dụng cụ	Cái	01	1699860000	521308689	FIAC	Ý	Máy bơm liên tục và không duy trì được áp suất nén
3	Hộp hấp dụng cụ inox	Cái	20					Hư hỏng, gỉ sét, không sử dụng được
4	Máy chụp Xquang	Cái	01	MS450HFLC	M42T3630	Control X	Mỹ	Hư hỏng handswitch
5	Máy chụp Xquang	Cái	01	CMP200DR	CPD29490L17	Control X	Mỹ	Hư hỏng handswitch

Handwritten signature

