

Số: 1688 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:**

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:**

- Từ 08 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2023 đến hết trước 16 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2023.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:**

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2023.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

**1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

## 2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

### 2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

### 2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

- Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

## 3. Các thông tin khác:

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa báo giá theo đúng mẫu báo giá quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT Ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, đã được chỉnh sửa cho phù hợp với từng gói thầu.

Trân trọng./.



### Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB (03).

**GIÁM ĐỐC**



**Châu Văn Đính**



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**  
(Kèm theo công văn số 1688 /BVCTCH-TTB ngày 07 tháng 11 năm 2023)

STT	Tên trang thiết bị	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tình trạng của thiết bị
1	Máy đo mật độ xương	MEDIX DR	F197H0570	Medilink	Pháp	Máy báo lỗi OxA7 và OxA8, hiệu suất phát tia không đạt yêu cầu theo thông số của hãng sản xuất
2	Máy siêu âm Logiq P9	LOGIQ P9	LP9350125	GE Healthcare	Hàn Quốc	Máy không nhận đầu dò siêu âm tim
3	Bàn mổ Mediland	C600E/SND	2161011001001	Mediland	Trung Quốc	Remote điều khiển chính của bàn không hoạt động
4	Máy hấp Getinge	HS6610 ER-2	2519032-010-01	Getinge	Thụy Điển	Hư điện trở số 1 và số 2
5	Bàn mổ Trident	Dr.Max 7000SKF	AC36-E9-0008	Trident	Trung Quốc	Remote điều khiển chính của bàn không hoạt động
6	Giường điện yongfa	YFD4618k	1704120005	Yongfa	Trung Quốc	Hư remote điều khiển cầm tay

BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH