

Số: 1985/BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

V/v yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến hết trước 16 giờ ngày 08 tháng 01 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá trang thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận đăng ký đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

- Báo giá cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục mua sắm trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện:

2.1. Địa điểm thực hiện:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện:

- Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch giao hàng và lắp đặt.

3. Các thông tin khác:

- Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế báo giá theo đúng Mẫu báo giá quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT Ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, đã được chỉnh sửa cho phù hợp với từng gói thầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB (03).

GIÁM ĐỐC



Châu Văn Đỉnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 1085 /BVCTCH-TTB ngày 6 tháng 12 năm 2023)

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Lưu lượng kế oxy gắn tường	Sử dụng cho loại khí: oxy. Loại có bình tạo ẩm, chân cắm tương thích với khẩu oxy âm tường đang sử dụng tại bệnh viện hoặc tương đương	Cái	02
2	Đế đèn mổ	Tương thích với đèn mổ KLS martin 701 đang sử dụng tại bệnh viện hoặc tương đương	Cái	24
3	Máy đo huyết áp điện tử	Giới hạn đo tối thiểu huyết áp từ 0 đến 299 mmHg, nhịp tim từ 40 đến 180 nhịp/phút. Độ chính xác tối thiểu đối với huyết áp là +/- 3 mmHg và với nhịp tim là +/- 5 %	Cái	01
4	Dụng cụ đo huyết áp cơ	Có dây áp lực tối thiểu là 20mmHg và tối đa là 300mmhg	Cái	01

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

H