

Số: 1532 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

V/v yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:**

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:**

- Từ 08 giờ ngày 09 tháng 10 năm 2023 đến hết trước 16 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2023.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:**

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2023.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

**1. Báo giá trang thiết bị y tế:**

- Giấy chứng nhận đăng ký đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

- Báo giá cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục mua sắm trang thiết bị y tế đính kèm.

**2. Địa điểm và thời gian thực hiện:**

**DANH MỤC MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**  
(Kèm theo công văn số 1532 /BVCTCH-TTB ngày 09 tháng 10 năm 2023)

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bóng đèn nội khí quản thường	Tương thích với dụng cụ đặt nội khí quản đang sử dụng tại Bệnh viện	10	Cái
2	Xe tiêm inox	Kích thước dài 500mm → 700mm, rộng 300mm → 500mm, cao 800mm → 900mm. Số tầng ≥ 3 tầng. Có hộc ngăn kéo cao ít nhất 120mm. Có ≥3 khung inox tròn đường kính 12.7 mm để đựng bình kim và rác. Có 4 bánh xe loại có khóa đường kính tối thiểu 75mm. Có lan can các cạnh của xe, độ dày lan can tối thiểu 8mm	02	Cái
3	Vỏ bọc pin cho khoan xương pin Stryker System 6	Tương thích với khoan xương pin Stryker System 6 tại Bệnh viện	01	Cái

BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH



**BS. Châu Văn Đỉnh**