

Số: **1828**/BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng **9** năm 2024

V/v yêu cầu báo giá mua sắm y dụng cụ

Kính gửi: Các nhà cung cấp y dụng cụ y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp y dụng cụ y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 028 38366991

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ gia trang thiết bị y tế:

Báo giá y dụng cụ y tế theo bảng danh mục gia công từng loại trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian giao hàng dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch giao hàng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chính hình;
- Lưu: VT, TTB, VPH (03).

GIÁM ĐỐC



Châu Văn Đỉnh

DANH MỤC GIA CÔNG XE TIÊM INOX Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 1828/BVCTCH-TTB ngày 13 tháng 9 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu	Số lượng	Đơn vị tính
	Mặt nạ thở oxy không túi	<ul style="list-style-type: none">• Mask thở oxy không có túi dự trữ khí, kích thước dành cho người lớn nam giới, phụ nữ, và trẻ lớn.• Bằng nhựa PE trong suốt. Có van một chiều bằng lá cao su mỏng trên thành mask.• Đầu dây tiếp nguồn khí có thể gắn với các kiểu khẩu oxy khác nhau từ nguồn khí trong bệnh viện.	1500	cái
1	Dây truyền máu	<ul style="list-style-type: none">• Dây truyền máu có đầu cùn không làm chọc thủng túi máu, không có cửa thông khí.• Bầu nhỏ giọt trong suốt, có 2 ngăn cứng mềm. Ngăn mềm có thể làm tái lập luồng chất lỏng dễ dàng.• Lưới lọc diện tích khoảng 11cm², lỗ lọc 200µm.<ul style="list-style-type: none">• Khóa con lăn.• Đầu xa có khóa Luer lock để có thể gắn kết chắc chắn với dây truyền khác. Chịu áp lực lên đến 400 mmHg. Có nắp chụp an toàn ở đầu xa.<ul style="list-style-type: none">• Không chứa DEHP, latex.	1000	dây

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH



GIÁM ĐỐC

BS. Châu Văn Đỉnh