

Số: 1938/BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Điện thoại: 028 38366991.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chính hình;
- Lưu: VT, TTB, VTT (03).



DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 1938 /BVCTCH-TTB ngày 27 tháng 9 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Máy phun khử khuẩn	Cái	01	Yantra 05	YNT 302	Radiant Enterprise	Ấn Độ	Không hoạt động
2	Máy gây mê giúp thở Leon	Cái	01	Leon	0200020HUL3 1007287	Löwenstein	Đức	Máy báo lỗi "Pressure rise on zero flow"
3	Khoan xương pin Stryker	Cái	01	System 6	1608306623	Stryker	Mỹ	Không hoạt động
4	Khoan xương pin Stryker	Cái	01	System 6	1126302423	Stryker	Mỹ	Chỉ quay được 1 chiều, chiều còn lại không hoạt động
5	Bàn mổ chính hình	Cái	01	6600STRB	1413064	Acomed	Trung Quốc	Chập điện, hư hỏng bộ cầu chì cấp nguồn
6	Bàn mổ Mediland	Cái	06			Mediland	Trung Quốc	Hư hỏng dây nguồn và cổng cắm dây nguồn
7	Bàn mổ Trident	Cái	06			Trident	Trung Quốc	Hư hỏng dây nguồn và cổng cắm dây nguồn

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

GIÁM ĐỐC



BS. Châu Văn Đỉnh