

Số: 1694/BVCTCH-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế cho Bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư – thiết bị y tế

Điện thoại: 028 38366991.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế:

Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, VTTBYT, VTT (03).



GIÁM ĐỐC
Hoàng Mạnh Cường

DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 1694 /BVCTCH-VTTBYT ngày 08 tháng 9 năm 2025)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Monitor 3 thông số	Cái	01	CMS5000	BU1607100006	Contec	Trung Quốc	Hư hỏng đèn hiển thị thông số
2	Máy cắt đốt	Cái	01	Tekno Tom 411	2192-11/12	Tekno	Đức	Chức năng cắt đốt lưỡng cực không hoạt
3	Máy cắt đốt	Cái	01	Tekno Tom 412	N4128-03/08	Tekno	Đức	Công suất hoạt động không ổn định
4	Khẩu hút âm tương khu vực gây mê hồi sức	Cái	14					Hư hỏng lọc thô ngõ vào
5	Máy hấp nhiệt độ thấp	Cái	01	Sterrad 100S	0101094398	ASP (Johnson & Johnson)	Mỹ	Khối bom điều khiển bằng hóa chất hoạt động không ổn định
6	Khẩu hút âm tương khu vực hồi sức lâu	Cái	10					Hư hỏng bình chống tràn và đồng hồ hiển thị áp suất