

Số: 1582 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2023 đến hết trước 16 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2023.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 1582 /BVCTCH-TTB ngày 17 tháng 10 năm 2023)

STT	Tên trang thiết bị	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tình trạng của thiết bị
1	Giường điện yongfa	YFD4618k	1704120012	Yongfa	Trung Quốc	Hư remote điều khiển cầm tay
2	Monitor contec 2 thông số	CMS5000	05BJ000339	Contec	Trung Quốc	Hư dây cáp hơi huyết áp không xâm lấn
3	Máy gây mê giúp thở Draeger	Fabius GS	ARXL-0075	Draeger	Đức	Thẻ tích khí lưu thông Vt không ổn định
4	Máy gây mê giúp thở Draeger	Fabius GS	ARXL-0076	Draeger	Đức	Thẻ tích khí lưu thông Vt không ổn định
5	Máy hấp tiệt trùng hơi nước Getinge	GSS67H	0011205621-010-01	Getinge	Thụy Điển	Hư màn hình cảm ứng
6	Máy chụp Xquang	MS450HFLC	M42T3628	Control X	Mỹ	Hư bo kết nối nguồn cho tủ phát

BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH