

Số: 2082 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Điện thoại: 028 38366991.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chính hình;
- Lưu: VT, TTB, VTT (03).

GIÁM ĐỐC



Châu Văn Đính



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Xem theo Công văn số 2082 /BVCTCH-TTB ngày 21 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Khoan xương pin	Cái	01	System 6		Stryker	Mỹ	Không hoạt động
2	Khoan xương pin	Cái	01	PRO7100b		Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động
3	Khẩu oxy âm tường tiền mê số 4	Cái	01					Rò rỉ
4	Máy gây mê giúp thở	Cái	01	Fabius GS	ARXL-0078	Draeger	Đức	Máy báo lỗi "Ventilator fail"
5	Máy gây mê giúp thở	Cái	01	Fabius GS	ARXL-0077	Draeger	Đức	Rò rỉ đường dẫn oxy khẩn
6	Nguồn sáng nội soi	Cái	01	LS7700	70863	Conmed	Mỹ	Không hoạt động
7	Máy hấp tiệt trùng	Cái	01	GSS67H	001120562101001	Getinge	Thụy Điển	Bảo trì định kỳ
8	Bàn mổ Choongwae	Cái	01	CHS-1500	10015	Choongwae	Triều Tiên	Không điều khiển được chức năng nghiêng
9	Xe đẩy đồ mổ loại 3 bánh	Cái	07				Việt Nam	Hư hỏng bánh xe và khung chắn
10	Máy hấp nhiệt độ thấp	Cái	01	ST 100S	0101094398	Johnson	Mỹ	Không hoạt động

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH