

Số: 2011 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Điện thoại: 028 38366991.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./ *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB, VTT (03).



GIÁM ĐỐC *ve*

Châu Văn Đính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 2011 /BVCTCH-TTB ngày 08 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Nguồn sáng nội soi	Cái	01	LS7500	53243	Conmed	Mỹ	Không hoạt động
2	Nguồn sáng nội soi	Cái	01	LS7700	67519	Conmed	Mỹ	Không hoạt động
3	Máy nén khí	Cái	01	1121690986	221704305	Fiac	Ý	Máy bơm liên tục, nóng và không đạt công suất hoạt động
4	Máy cắt đốt	Cái	01	Tekno Tom411	2139-07/11	Tekno	Đức	Không hoạt động
5	Máy sưởi ẩm dịch truyền	Cái	01	BW 585	12899	Biegler	Áo	Không hoạt động
6	Monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	01	MX430	DE54802839	Philips	Đức	Không đo được huyết áp xâm lấn
7	Monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	01	MX430	DE54802840	Philips	Đức	Không đo được huyết áp xâm lấn
8	Monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	01	MX430	DE54802841	Philips	Đức	Không đo được huyết áp xâm lấn
9	Monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	01	MX430	DE54802842	Philips	Đức	Không đo được huyết áp xâm lấn
10	Monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	01	Vista 120	VTSJD0130	Draeger	Trung Quốc	Không đo được huyết áp xâm lấn
11	Monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	01	Visa 120	VTSJD0128	Draeger	Trung Quốc	Không đo được huyết áp xâm lấn

BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

W