

SỐ: **2364** /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **11** năm 2024

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Điện thoại: 028 38366991.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chính hình;
- Lưu: VT, TTB, VTT (03).



GIÁM ĐỐC

Châu Văn Đỉnh

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Đs (Kèm theo Công văn số 2364 /BVCTCH-TTB ngày 25 tháng 11 năm 2024)

| STT | Tên trang thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Model | Serial Number | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Tình trạng của thiết bị, yêu cầu |
|-----|------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------------|---------------|-----------|--|
| 1 | Máy hấp tiệt trùng | Cái | 01 | HS 6610 ER-2 | 2519032-010-01 | Getinge | Thụy Điển | Máy báo lỗi nguồn không khởi động lại được |
| 2 | Máy hấp tiệt trùng | Cái | 01 | HS 6610 ER-2 | 2519032-010-02 | Getinge | Thụy Điển | Bị rò gioăng cửa |
| 3 | Hệ thống xả cho máy hấp tiệt trùng | Hệ thống | 01 | | | | | Bị gỉ sét và rò |

llc