

Số: 1189/BVCTCH-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế cho Bệnh viện. Nội dung như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:**

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

Phòng Vật tư – thiết bị y tế

Điện thoại: 028 38366991.

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:**

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:**

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2025.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

**1. Dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế:**

Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa thiết bị y tế đính kèm.

**2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:**

**2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:**

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, VTTBYT, VTT (03).

**GIÁM ĐỐC** *ttb*



**Hoàng Mạnh Cường**



**DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ**

*(Kèm theo Công văn số 1789 /BVCTCH-VTTBYT ngày 22 tháng 9 năm 2025)*

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tình trạng của thiết bị, yêu cầu
1	Nguồn sáng nội soi	Cái	01	LS7700	74111	Conmed Linvatec	Mỹ	Không hoạt động
2	Bình chứa dịch hút sử dụng cho hệ thống hút dịch âm tường	Cái	05					Nắp bình bị nứt gãy, ron làm kín giữa nắp bình và thân bình bị hư hỏng
3	Máy gây mê giúp thở	Cái	01	Fabius GS Premium	ASBL-0260	Draeger	Đức	Màn hình hiển thị bị chớp tắt liên tục và hoạt động không ổn định
4	Máy gây mê giúp thở	Cái	01	Fabius GS Premium	ASBL-0259	Draeger	Đức	Đến hạn thay thế bộ linh kiện bảo dưỡng 3 năm và bộ cosy, hư hỏng cáp nối pin
5	Máy gây mê giúp thở	Cái	01	Fabius GS Premium	ASJL-0213	Draeger	Đức	Đến hạn thay thế bộ linh kiện bảo dưỡng 3 năm và bộ cosy, hư hỏng cáp flowsensor

*(Handwritten mark)*