

Số: 1913/BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2023

V/v yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến hết trước 16 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2023.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá trang thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận đăng ký đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

- Báo giá cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục mua sắm trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện:

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 1913 /BVCTCH-TTB ngày 13 tháng 12 năm 2023)

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Dây cáp đo SpO2 dùng cho máy Monitor 5 thông số	Tương thích với máy Monitor Contec 5 thông số đang sử dụng tại bệnh viện, chiều dài tối thiểu 3 mét.	04	Cái
2	Dây cáp đo SpO2 dùng cho máy Monitor 2 thông số	Tương thích với máy Monitor Contec 2 thông số đang sử dụng tại bệnh viện, chiều dài tối thiểu 3 mét.	01	Cái
3	Dây cáp đo điện tim dùng cho máy Monitor 5 thông số	Tương thích với máy Monitor Contec 2 thông số đang sử dụng tại bệnh viện, chiều dài tối thiểu 3 mét.	01	Cái
4	Dây cáp đốt lưỡng cực dùng cho máy cắt đốt	Phần đầu kết nối đảm bảo tương thích với máy cắt đốt Tekno đang sử dụng tại Bệnh viện, chiều dài tối thiểu 3 mét, đầu gắn dao loại vuông	10	Cái

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

ly