

Số: **2436** /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng **12** năm 2024

V/v yêu cầu báo giá đèn hồng ngoại

Kính gửi: Các nhà cung cấp đèn hồng ngoại VLTL tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp đèn hồng ngoại tập VLTL cho bệnh viện. Nội dung như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:**

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 028 38366991

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:**

Từ 7 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:**

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

**1. Dịch vụ gia công trang thiết bị y tế:**

Báo giá dịch vụ gia công cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục từng loại trang thiết bị y tế đính kèm.

**2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:**

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Tại cơ sở đã trúng thầu hàng cho bệnh viện

2.2. Thời gian giao hàng dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch giao hàng.

Trân trọng! *[Handwritten signature]*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB, VPH (03).



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH MỤC DỤNG CỤ TẬP VLTL**

(Kèm theo Công văn số 2436 /BVCTCH-TTB ngày 05 tháng 12 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Mô tả yêu cầu	Số lượng	Đơn vị tính
2	Đèn hồng ngoại	Sử dụng bóng đèn hồng ngoại công suất 250W Chất liệu khung sườn Inox, có chân đế nặng không bị ngã khi sử dụng, chân đế có 4 bánh xe có khóa. Chóa đèn bằng nhôm đủ rộng để tia hồng ngoại tập trung nơi cần điều trị Có dimer điều chỉnh được được độ nóng chiều cao đèn có thể điều chỉnh từ thấp tới max 1600 mm, đầu chóa đèn xoay được mọi hướng có lưới bảo hộ bóng đèn	1	cái

ly